

MEDDIS Patiënteninformatie



EVENTRECORDER ELECTROCARDIOGRAM

Uw hart, onze zorg



Meer informatie:

Postbus 1550
4700 BN ROSENDAAL
telefoon 0165 – 550648
fax 0165 – 557408

www.meddis.nl
info@meddis.nl

Bezoekadres:
Scherpdeel 28
4703 RJ ROSENDAAL



INFORMATIE
BROCHURE

Uw behandelend arts heeft u een eventrecorder voorgeschreven.

Wat houdt dit in?

Met behulp van een eventrecorder worden de elektrische activiteiten van uw hart (= hartslagen) geregistreerd voor een door de arts opgegeven periode. De arts kan dan zien hoe uw hart reageert als u bezig bent met uw dagelijkse activiteiten zoals slapen, fietsen, werken, sporten, blij- of boosheid, traplopen, enzovoort. Het onderzoek is pijnloos en u kunt uw normale werkzaamheden gewoon uitvoeren. Het enige verschil is dat u een kleine recorder met u meedraagt.

Aansluiten van de eventrecorder

Op uw borst zullen met plakkers elektroden worden bevestigd. De elektroden vangen de signalen van uw hart op en zenden die via de draden naar de eventrecorder. Geadviseerd wordt om een goed aansluitend hemd of shirt te dragen. Vanwege een vette huid kan de registratie van uw hartslagen worden verstoord. Gebruik daarom tijdens het onderzoek geen bodylotion.

Eventknop en het dagboek

Wanneer de recorder bij u bevestigd is, wordt u gevraagd een dagboek bij te houden gedurende de dagen van het onderzoek. Indien u klachten heeft, drukt u kort (± 1 seconde) op de eventknop (in het midden van de recorder) en noteert u in het dagboek met vermelding van datum en tijdstip wat u op dat moment deed en de klacht (bijv. hartkloppingen, brandend gevoel in linkerarm, pijn op de borst, duizelig, zenuwachtig, benauwd). Zelf merkt u niets van het drukken op de knop. U wordt vriendelijk verzocht een horloge te dragen. Dit is nodig om de tijdstippen zo nauwkeurig mogelijk in uw dagboek te kunnen noteren. Als u medicijnen gebruikt, noteer dan het tijdstip van inname.

Tussentijds opladen

De recorder heeft een opnamecapaciteit van 6 à 7 dagen. Indien op de recorder een blauw lampje knippert, betekent dit dat de recorder opgeladen dient te worden. Maak voorzichtig de recorder los van de aansluiting en gebruik de meegeleverde oplaadkabel om deze aan te sluiten op een computer/laptop. Er is geen blauw knipperend lampje zichtbaar. Na ± 45 minuten is de recorder weer volledig opgeladen en kunt u de recorder weer vastklikken aan de aansluiting. Let u er a.u.b. op dat de recorder weer goed bevestigd is. De opname zal weer continueren. Noteert u a.u.b. het tijdstip van opladen in het dagboekje.

Na de opname

Na de holteropname verwijdt u de plakkers van uw borst. Deze kunt u weggooien. Lever de eventrecorder (inclusief de draden en de oplaadkabel!!) tezamen met het dagboekje in bij het ziekenhuis. De informatie die op de recorder staat, wordt voor de arts in een rapport verwerkt.

BELANGRIJK!

- Maak de recorder niet open.
- Trek niet aan de plakkers of de draden van de plakkers. Ook niet bij jeuk of irritatie.
- Slapen op een waterbed of onder een elektrische deken is toegestaan.
- Pas uw dagelijkse activiteiten niet aan. Doe op de dagen van het onderzoek wat u anders ook zou doen.

Meddis zal met de grootst mogelijke zorg en deskundigheid de opgenomen gegevens analyseren voor uw arts.

Heeft u vragen of tips, neemt u dan gerust contact met ons op.

